



INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszera 14

Tel. (centr.): 058 3460881

Fax: 058 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl

Tel. (sekr.): 058 3416071

www.imp.gda.pl

Gdańsk, 05.11.2013 r.

dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej i naukowej - 47/PN/Adm/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Zamawiającego – IMP PAN informuję, że w dniu 04.11.2013 r. wpłynęły od Wykonawcy następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Czy w zadaniu 2 przepływomierz do Therminol66 musi być na temp. medium 300 st.C

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2: Czy w przepływomierzach, w których temp. medium jest 200st.C można zaoferować wykonanie do 180st.C

Odpowiedź: Nie. Wymagana jest praca przy temperaturze medium do 200stC

Pytanie 3: Czy przepływomierze mają być w wykonaniu Ex, ponieważ wpisane jest, że mogą być stosowane do rozpuszczalników i alkoholi.

Odpowiedź: Wykonanie Ex nie jest wymagane, chyba że jest to wyraźnie wskazane w opisie.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

.....
dr inż. Andrzej Krupa