



INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszera 14

Tel. (centr.): 058 3460881

Fax: 058 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl

Tel. (sekr.): 058 3416071

www.imp.gda.pl

Gdańsk, 26.02.2013 r.

dotyczy: postępowania dostawę czujników termoparowych - 9/PN/ApBad/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniu 25.02.2013 r. wpłynęło od Wykonawcy następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści czujniki termoparowe o materiale płaszczka: stal 316Ti?

Odpowiedź:

Z powodu konieczności zachowania jednorodności materiału płaszczka z dotychczas używanymi termoparami zamawiający nie dopuści czujników o materiale: stal 316Ti.

.....
dr inż. Andrzej Krupa
pełnomocnik dyrektora ds. zakupów
aparatury badawczej i naukowej



REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

IBAN: 4210901098000000009015357

kod SWIFT: WBKPPLPP

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H