

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zapytania ofertowego: zapytanie dotyczy dostarczenie wielofunkcyjnego automatycznego podajnika próbek.

### I. Opis przedmiotu zamówienia

- podajnik próbek ciekłych na minimum 162 pozycji (fiolki 2ml) z nastrzykiem w zakresie co najmniej od 1 do 10  $\mu$ l (przy użyciu strzykawki 10 $\mu$ l) oraz regulowaną szybkością nastrzyku
- możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki
- możliwość samodzielnego programowania przez użytkownika miejsca dozowania próbek
- podajnik próbek typu „headspace” na minimum 60 pozycji (fiolki 10ml lub 20ml) z nastrzykiem w zakresie co najmniej od 250 do 2500 $\mu$ l (przy użyciu strzykawki 2,5ml)
- możliwość grzania strzykawki „headspace” w zakresie co najmniej od 35<sup>0</sup>C do 150<sup>0</sup>C
- termostatowany blok grzejny na co najmniej 6 fiolek „headspace” z możliwością wytrząsania oraz ustawienia temperatury w zakresie przynajmniej od 35<sup>0</sup>C do 200<sup>0</sup>C
- zestaw instalacyjny, wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu
- zestaw strzykawek gazoszczelnych „headspace” kompatybilnych z oferowanym autosamplerem (6szt.)
- instalacja autosamplera wraz z sprawdzeniem poprawności działania
- urządzenie fabrycznie nowe z bieżącej produkcji modelowej oraz wszystkie moduły muszą pochodzić od tego samego producenta
- 1-dniowe szkolenie instalacyjne z obsługi autosamplera
- gwarancja 12 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacyjnego,
- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce
- zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od chwili zakupu sprzętu – **oświadczenie Wykonawcy**
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polski
- Wykonanie zamówienia — 3 tygodnie od podpisania umowy