

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 4/U/ApBad/2020

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie (tarowanie) 22 szt. młynków hydrometrycznych z kontaktronowym układem sygnalizacji obrotów (1 impuls/obrót)

Termin wykonania: 4 tygodni

Wymagania:

Wzorcowanie powinno obejmować zakres prędkości przepływu od: 0.1 do 2.2 m/s (w miarę możliwości do 2.5-2.8 m/s)

Liczba punktów pomiarowych dla każdego młynka hydrometrycznego: nie mniej niż 12

Wzorcowanie każdego młynka hydrometrycznego powinno być potwierdzone odpowiednim świadectwem zawierającym, m.in., nazwę podmiotu i osoby wykonującej wzorcowanie, dane identyfikacyjne przedmiotu wzorcowania, niepewność/dokładność wzorcowania oraz wyznaczone współczynniki α i β równania:

$$v = \alpha + \beta n$$

w którym v oznacza prędkość przepływu, a n liczbę obrotów młynka na sekundę.

Wzorcowanie powinno odbyć się na stanowisku przeznaczonym do wzorcowania młynków hydrometrycznych/kanale tarowniczym.